



Sundhedsstyrelsen  
Strålebeskyttelse  
[sis@sis.dk](mailto:sis@sis.dk)

27. februar 2020  
Sagsnr. 02-9999-213  
KM/20-00762

## Hørings svar på ny vejledning om sikkerhedsvurdering i forbindelse med brug af strålekilder

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) har modtaget ovenstående vejledning i høring. DDD har ud over vurderingen af vejledningen lagt vægt på den rapportskabelon, som er udarbejdet til veterinærmedicinske undersøgelser.

DDD har ingen bemærkninger til den generelle del af vejledningen.

DDD har rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen for afklaring af enkelte punkter i rapportskabelonen. Disse er forklaret af Styrelsen, og man har i en mail tilkendegivet, at man vil revidere skabelonen som følge af vores henvendelse.

Eftersom DDD ikke har mulighed for at se det endelige udkast, ønsker vi med dette høringssvar at sikre, at DDDs bemærkninger og kommentarer inddrages så vidt muligt.

DDD har således følgende bemærkninger til rapportskabelonen for veterinærmedicinske undersøgelser:

- Pkt. 3: Det bør præciseres hvordan man ønsker tabellen udfyldt. Fx ved afkrydsning eller antal apparater angivet i hver kategori.
- Pkt. 5. I overskriften bør det tydeligt fremgå, at det drejer sig om de apparater, der kræver tilladelse i egne lokaler (CT, håndholdte og gennemlysning).
- Pkt. 5. Boks nr. 3. Bør angives eksempler på "andre særlige forhold".
- Pkt. 6. Bør fremgå af forklarende tekst, hvor dyrlægen finder denne oplysning. Fx med henvisning til §49 i Strålebeskyttelsesbekendtgørelsen.

Spørgsmål til ovenstående høringssvar kan rettes til Karin Melsen på mail [km@ddd.dk](mailto:km@ddd.dk)

Med venlig hilsen

Karin Melsen  
Fagpolitisk konsulent, DDD